

# 品質規格書



## 試薬特級 炭酸ナトリウム

項目	単位	規格値
純度(Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ) (強熱後)	%	99.8 以上
水溶状	—	試験適合
強熱減量(600°C)	%	1.0 以下
硫化物, 亜硫酸塩及びチオ硫酸塩	—	試験適合
塩化物(Cl)	%	0.002 以下
りん酸塩(PO <sub>4</sub> )	%	0.002 以下
けい酸塩(SiO <sub>2</sub> として)	%	0.005 以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	%	0.003 以下
窒素化合物(N として)	%	0.001 以下
カリウム(K)	%	0.01 以下
銅(Cu)	ppm	2 以下
マグネシウム(Mg)	%	0.002 以下
カルシウム(Ca)	%	0.005 以下
亜鉛(Zn)	ppm	2 以下
アルミニウム(Al)	%	0.001 以下
鉛(Pb)	ppm	2 以下
鉄(Fe)	ppm	5 以下
以下余白		

単位：質量分率

- ※ 項目・規格値・試験方法は、日本工業規格 (JIS K 8625) に依ります。
- ※ 規格改正、公定書改訂等により予告なしに変更する場合があります。
- ※ 製品名称の末尾に (H) と記載したものは、ハラル認証を取得したものです。