

品質規格書



蒸留水

項目	単位	規格値
pH(25℃)	—	5.0 ~ 7.5
電気伝導率 (25℃)	μS/cm	5 以下
塩化物	—	試験に適合すること
重金属	ppm	0.25 以下
蒸発残留物	ppm	10 以下
硫酸塩	—	試験に適合すること
過マンガン酸カリウム還元性物質	—	試験に適合すること
以下余白		

【 備考 】

本品は、品質確認のため製品の菌数モニタリングを実施しています。

<参考値*>

細菌数 50 個/mL 以下

真菌数 50 個/mL 以下

大腸菌 陰性であること

※参考値：製造時の菌数モニタリングによる参考値であり、規格値ではありません。

単位(ppm)：質量分率

- ※ 項目・規格値・試験方法は、自社規格によります。
- ※ 本規格は、事前の予告なしに変更する場合があります。
- ※ 製品名称の末尾に (H) と記載したものは、ハラル認証を取得したものです。